

Colitag 定量盘操作方法

1. 在 100 ml 水样中加入 Colitag 试剂，盖上盖子。



2. 混合摇匀，充分溶解 Colitag 粉末。



3. 将溶液转移至定量盘，等待溶液充满小孔。



4. 当溶液停止流动时，顺时针转动定量盘，溶液将会充满其余小孔。连接处溶液将会流入右下角小孔。



5. 等待溶液停止流动，将定量盘平放在桌面上。

